

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen médical en nitrile, sans poudre : ASTM D6319, ASTM D6978 et ISO2859

Utilisation prévue

Les gants d'examen médical non stériles et à usage unique sont destinés à prévenir la transmission d'une grande variété de maladies aux patients et au personnel de santé. Plus précisément, les gants sont destinés à agir comme une barrière entre le fournisseur de soins de santé et les patients pour prévenir la contamination et protéger contre les médicaments de chimiothérapie.

Caractéristiques			Acceptable Limit	
Dimension & Tolérance	Largeur (mm)		Très petit (XS)	70 - 80
			Petit (S)	80 - 90
			Moyen (M)	90 - 100
			Grand (L)	100 - 110
			Très Grand (XL)	110 - 120
	Longueur (mm)		≥ 240	
	Épaisseur (mm)	Paume	≥ 0,05	
		Doigt		
Poids (g)			Très petit (XS)	2.6
			Petit (S)	3.0
			Moyen (M)	3.5
			Grand (L)	3.9
			Très Grand (XL)	4.3
Exigences physiques	Avant vieillissement	Résistance à la traction	≥ 14 MPa	
		Élongation maximum	≥ 500%	
	Après vieillissement	Résistance à la traction	≥ 14 MPa	
		Élongation maximum	≥ 400%	
Résidu de poudre		Gants sans poudre	≤ 2,0 mg/gant	
Couleur			Bleu	

Information additionnelle

Condition de stockage	Durée de conservation	Pays d'origine
Conservez dans un endroit frais et sec. Évitez la chaleur excessive (40 °C, 104 °F). Protégez la boîte ouverte du soleil direct et de la lumière fluorescente.	3 ans	Chine

Annexe 1 Liste des codes d'articles et des attributs

Annexe 1 (Liste des codes d'items)

AMD Medicom Inc.

Code d'item	Description	Information d'emballage	Taille	Couleur	Traitement	Marché États-Unis	Marché Canada
9985	Medicom AssureTouch Basics Powder-Free Nitrile Medical Examination Gloves	100 Gloves/Box, 10 Boxes/Case, 1000 Gloves/Case Gloves are in a cardboard. Case made with suitable corrugated fiberboard to withstand transportation and storage	A = X-small, B = Small, C = Medium, D = Large, E = X-Large	Blue	Non-Sterile	Medical Device Class 1	Medical Device Class 2